



AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI

Sede Legale P.zza Carlo Forlanini,1 – 00151 Roma – P.IVA 0473351009

Direzione Approvvigionamenti- Direttore Dott. Giovanni Bertoldi

Tel 06/55552580 -2588 fax 06/55552603 - e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it



OGGETTO: gara a procedura aperta per la fornitura di attrezzature ed arredi vari per le esigenze del Dipartimento di Cardioscienze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di alcune ditte si specifica quanto segue:

-SCHEDA 2 capitolato tecnico– LAMPADA SCIALITICA PER SALA OPERATORIA – la telecamera HD deve essere installata su due camere operatorie.

-SCHEDA 4 capitolato tecnico – STATIVO PENSILE PER CHIRURGO – si chiarisce che la seconda unità pensile deve essere considerata nella configurazione base dello stativo.

-SCHEDA 8 capitolato tecnico – TRAVI TESTA LETTO A PARETE PER PREPARAZIONE E RISVEGLIO PAZIENTI – si chiarisce che la natura del dispositivo è doppia.
...”deve essere installata preferibilmente in modalità verticale ai due lati del paziente.....”.

-SCHEDA 18 capitolato tecnico – SISTEMA DI MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO PER PREPARAZIONE E RISVEGLIO – **SCHEDA 20** capitolato tecnico – SISTEMA DI MONITORAGGIO PAZIENTI COMPLETO PER POSTO LETTO si conferma che l'analisi della capnometria è sufficiente sul sistema di monitoraggio per i reparti di terapia intensiva e area preparazione e risveglio.

-SCHEDA 18 capitolato tecnico – SISTEMA DI MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO PER PREPARAZIONE E RISVEGLIO si chiarisce che i 6 monitors da trasporto sono da considerarsi dotazione dei sistemi di monitoraggio per l'area preparazione e risveglio.

-SCHEDA 19 capitolato tecnico – VENTILATORE POLMONARE PER TERAPIA INTENSIVA – si chiarisce che il numero dei ventilatori polmonari per terapia intensiva è pari a 11.

-SCHEDA 20 capitolato tecnico – SISTEMA DI MONITORAGGIO PAZIENTI COMPLETO PER POSTO LETTO – si chiarisce che il numero dei posti letto per terapia intensiva è pari a 22 ma il sistema di monitoraggio deve essere formato da 11 monitor fissi e 11 monitor da trasporto.

-SCHEDA 16 capitolato tecnico – SISTEMA DI MONITORAGGIO EMODINAMICO E PER PARAMETRI VITALI - **SCHEDA 18** capitolato tecnico – SISTEMA DI MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO PER PREPARAZIONE E RISVEGLIO – **SCHEDA 20** capitolato tecnico – SISTEMA DI MONITORAGGIO PAZIENTI COMPLETO PER POSTO LETTO

si chiarisce che sono richiesti 38 monitors, di cui 11 da trasporto.

Si chiarisce, inoltre, che la Commissione terrà conto della varietà e specificità delle singole caratteristiche proposte ai fini della valutazione.

- **SCHEDA 16** capitolato tecnico – SISTEMA DI MONITORAGGIO EMODINAMICO E PER PARAMETRI VITALI - **SCHEDA 18** capitolato tecnico – SISTEMA DI MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO PER PREPARAZIONE E RISVEGLIO

si conferma che i 6 monitors aggiuntivi devono essere indicati nella scheda n. 18.

Si chiarisce, inoltre, che non c'è necessità di collegamento tra i monitors dell'area risveglio e la centrale indicata nella scheda n. 21.

- **SCHEDA 1** capitolato tecnico – TAVOLO OPERATORIO RADIOTRASPARENTE A COLONNA MOBILE E PIANI TRASFERIBILI, COMPLETO DI 2 PIANI E 2 CARRELLI DI TRASPORTO

si ribadisce che il numero delle colonne deve essere 3.

ART. 6 Capitolato Speciale – MODALITA' PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA pag 4 – punto 2 – la frase: “ L’elenco delle installazioni di apparecchiature identiche a quelle offerte in gara effettuate negli ultimi tre anni (2006-2007-2008), con indicazione.....” è **sostituita con la seguente:** “ L’elenco delle installazioni di apparecchiature per sale operatorie effettuate negli ultimi tre anni (2006-2007-2008), con indicazione.....”