



AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI

Sede Legale P.zza Carlo Forlanini, 1 – 00151 Roma – P.IVA 0473351009



Direzione Approvvigionamenti – Direttore Dott. Giovanni Bertoldi

Tel 06/55552580 -2588 fax 06/55552603 - e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it

U.O.C. ACQUISTI ATTREZZATURE - BENI E SERVIZI ECONOMICI

Ufficio acquisizione attrezzature -

comodati - donazioni

Gara a procedura aperta per la fornitura di Attrezzature ed Arredi vari per le esigenze del Dipartimento di Cardioscienze dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini.

CHIARIMENTI

- Punto 12) del Capitolato tecnico: i Sistemi per Angiografia per le 2 Sale Ibride di cui n.1 Sala Ibrida per Vascolare e n.1 Sala Ibrida per Cardiochirurgia devono essere dotati di Flat Panel Detector con dimensioni 30 x 30 cm.
- Le apparecchiature angiografiche devono essere offerte complete di iniettori di mezzo di contrasto.
- Punto 22) del Capitolato tecnico: Ecocardiografo per Chirurgia Vascolare. Le seguenti caratteristiche tecniche sono da considerarsi a pena di esclusione:
 - Possibilità di ampliamento con tecnologia che impieghi la frequenza fondamentale per le applicazioni con mezzi di contrasto con visualizzazioni in formato Dual live che rappresenti simultaneamente l'immagine del mezzo di contrasto con accanto quella del tessuto in B- mode e quantificazione ondine dell'esame con mezzi di contrasto (fogli di lavoro e grafici della perfusione);
 - Possibilità modulo portatile per indagini vascolari endoluminari ed endocardiche, corredato di sonda .
- Punto 2) del Capitolato tecnico: Lampada scialitica per sala operatoria. L'offerta deve essere conforme alla configurazione del sistema così come risulta dal Capitolato tecnico.

**IL DIRETTORE
(Dott. Giovanni Bertoldi)**