



## AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI

Sede Legale P.zza Carlo Forlanini,1 – 00151 Roma – P.IVA 0473351009



**Direzione Approvvigionamenti – Direttore Dott. Giovanni Bertoldi**

Tel 06/55552580 -2588 fax 06/55552603 - e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it

*U.O.C. ACQUISTI ATTREZZATURE - BENI E SERVIZI ECONOMICI*

*Ufficio acquisizione attrezzature -*

*comodati - donazioni*

Gara a procedura aperta per la fornitura di Attrezzature ed Arredi vari per le esigenze del Dipartimento di Cardioscienze dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini.

### CHIARIMENTI

- Punto 12) del Capitolato tecnico: A parziale rettifica di quanto già comunicato si precisa che le dimensioni del Flat Panel Detector sono da intendersi come almeno 30 x 30 cm.
- Punto 18) e Punto 20) del Capitolato tecnico: Nei Sistemi di monitoraggio i parametri indicati sono da intendersi requisiti minimi; inoltre si chiede di indicare gli ulteriori moduli disponibili, intendendo questa Amministrazione acquisire il massimo presente attualmente sul mercato. I suddetti elementi saranno oggetto di valutazione.
- Punto 4) del Capitolato tecnico: Stativo pensile del Chirurgo. I due monitor descritti dovranno essere indicati nella configurazione base.
- Punto 2) del Capitolato tecnico: Lampada scialitica per sala operatoria. A parziale rettifica di quanto già comunicato si precisa che i monitor descritti, da installare sul braccio snodato, sono da intendersi nella configurazione base.
- Punto 22) del Capitolato tecnico: Ecocardiografo per Chirurgia Vascolare. A parziale rettifica di quanto già comunicato si precisa che la presenza del modulo portatile per indagini vascolari endoluminali ed endocardiache corredato di sonda non deve intendersi requisito da possedere a pena di esclusione.

**Si precisa che i termini di scadenza della gara in oggetto rimangono invariati e che, a seguito dei sopra riportati chiarimenti, ulteriori richieste possono essere effettuate entro le ore 12,00 del giorno 11.3.2010.**

Si comunica infine che tutti i parametri, in particolare quelli quantitativi, indicanti le caratteristiche di ogni singolo prodotto presente nel Capitolato di gara, devono intendersi come indicazioni finalizzate all'individuazione della fascia di gamma del singolo prodotto e non come singolarmente tassativi pena l'esclusione.

**IL DIRETTORE  
(Dott. Giovanni Bertoldi)**